



COMFORT 300 (60*) - DER LANGE

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Latex • Puderfrei • Natur • Unsteril • Chemikalienschutzhandschuh EN 374 • Lebensmittelecht • Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien

Spezifikationen:

Material: Latex Puder: Ungepudert Inhaltsstoffe: Thiuramfrei Manschette: Umbördelt Design: Beidhändig Oberfläche: Mikrogeraute Fingerspitzen und Hand-

Farbe: Natur Qualitätssicherung: EN 374 CAT III - Typ B; EN ISO 21420;

fläche

EN 455 Teil 1-4; DIN EN ISO 13485:2021

Artikelnummer und Größe:

602	Small
603	Medium
604	Large

Verpackung:

100 Stück pro Box 10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL	
Maße	EN 455-2	2 Medianwert en	tspricht den Anforderungen
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2	Medianwert en	tspricht den Anforderungen
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5	
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5	
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0	

⟨¬ Maße

REF	602	603	604
Größe	S = 5-6	M = 6-7	L = 7-8
Breite	$85 \pm 5 \text{mm}$	$95 \pm 5 \text{mm}$	$105 \pm 5 \text{mm}$
Länge	≥240 mm	≥ 240 mm	≥240 mm

♡ Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand)	0,11 ± 0,02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	$0,16 \pm 0,03$
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,16 ± 0,03

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6,0	min. 6,0

♦ Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2

CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Ireland

EN ISO 374-1:2016

(Notified Body 2834)

Prüfchemikalie

+ A1:2018 Permeationslevel	Degradation
6	-55,11
2	9,7
2	-12,4
	Permeationslevel 6 2

(ア Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.



REISSFESTIGKEIT

EN ISO 374-4:2019





TASTSENSITIVITÄT





GRIPINTENSITÄT









UNIGLOVES GERMANY Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH

- Camp-Spich-Straße 71 D-53842 Troisdorf
- +49 (0) 2241-9323-0 unigloves@unigloves.de 📵 unialoves.de

